



INSTRUCȚIUNI PENTRU SETURILE PERFUZABILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul folosește doar alimentarea prin gravitație și se utilizează la perfuzie.

Structura principală și proprietățile

- Tubulatura și camera de picurare sunt transparente, putând fi observate ușor;
- Tubulatura este suficient de flexibilă pentru a rezista la răsucire și îndoire;
- Designul dispozitivului de străpungere închisă îl face convenabil pentru manipulare și utilizare;
- Regulatorul de flux poate schimba debitul de la minim la maxim.

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți ambalajul la partea tăiată și scoateți setul perfuzabil;
- Închideți regulatorul, scoateți capacul protector al dispozitivului de străpungere închisă și împingeți vârful în locașul de dezinfectare al recipientului cu lichid;
- Așezați recipientul cu lichid cu partea în sus, apăsați pe cameră și jumătate va fi umplută cu soluția perfuzabilă; apoi, deschideți regulatorul pentru eliminarea aerului din tub.
- Penetrați vena în conformitate cu manipularea aseptică după eliminarea aerului și apoi potriviți.
- Observați și apoi schimbați debitul la normal.
- Manipularea perfuziei trebuie realizată de asistente profesioniste pentru montare și supraveghere.
- 20 de picături = $(1 \pm 0, 1)$ ml [$(1 \pm 0, 1)$ g]

PRECAUȚII

- Poate provoca hipotermie la pacienții slabi;
- Poate provoca ritm anormal ale ventriculelor inimii din cauza debitului rapid;
- Trebuie asigurată supravegherea în timpul perfuziei în cazul unui accident;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.
- A se arunca după utilizarea unică.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau lipsesc componente sau se găsesc corpuri străine;
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi refoosite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.
- Aruncați întotdeauna produsele contaminate cu sânge într-un mod conform procedurilor de pericol biologic stabilite.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

ANU SE REFOLOSI	ANU SE FOLOSI DACĂ AMBALAJUL ESTE DETERIORAT	STERILE STERIL	STERILE EO STERILIZAT CU OXID DE ETILENĂ
MD DISPOZITIV MEDICAL	UDI IDENTIFICATOR UNIC AL DISPOZITIVULUI	ATENȚIE	2862
Sistem unic de barieră sterilă	Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară	REV.: B/0 ÎN VIGOARE: 2023-07-10	